



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.139

UAB „KRETINGOS VANDENYS“

Gauta

2015-10-22 Nr. 1-824

V. Sauk  
2015-10-22

NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS  
RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS  
Klaipėdos teritorinis skyrius (L)

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1L-15/03585/M-1, Ch-1

Kretingos g. 62, Klaipėda  
Telefonas 8-46-351249, faksas 8-46-401355  
El. paštas: nmrvvi\_lts@vet.lt

Mėginio(-ių) gavimo data	2015-10-20 09 <sup>36</sup> val.
Užsakovo pavadinimas, adresas	UAB „Kretingos vandenys“, Švyturio g. 2A, Padvarių k, Kretingos raj.
Tyrimų atlikimo data	2015-10-22
Mėginio(-ių) aprašymas	Geriamasis vanduo. Mėginio kiekis 2 x 0,5 l.
Mėginio(-ių) paėmimo tvarka**	Mėginys paimtas 2015-10-20 04 <sup>00</sup> val. iš Vilniaus gatvės ir Maironių gatvės sankryžos, iš šulinio hidranto, LST ISO 5667-5, V. Sauk.
Mėginį(-ius) pristatė	V. Sauk.

### TYRIMŲ REZULTATAI

#### MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

Koliforminių bakterijų skaičius, KSV/100 ml	neaptikta	LST EN ISO 9308-1:2014
Žarnyno lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) skaičius, KSV/100 ml	neaptikta	LST EN ISO 9308-1:2014
Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	neaptikta	LST EN ISO 7899-2:2001

#### CHEMINIAI TYRIMAI

Laisvas chloras, mg/l	< 0,03	LST EN ISO 7393-1:2000*
-----------------------	--------	-------------------------

Paaishkinimas: Nr. ... M – mikrobiologinių tyrimų poskyris.

Nr. ... Ch – cheminių tyrimų poskyris.

KSV – kolonijas sudarantys vienetai.

Ženklas “<” – cheminiams tyrimams nurodo, kad ieškomos analizės kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą, t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

\*NAB neakredituota sritis.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

\*\*Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą bei pristatymą neatsako.


Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo pasirašymo data

2015-10-22

TYRIMŲ

ATSAINYMAS



Parašai:

Klaipėdos teritorinio skyriaus  
vedėja

Instituto vadovas (skyriaus vedėjas)

Raimonda Skarienė

Atsakingas asmuo

Atstovė veterinarijos gydytoja  
Vilutė Stonkienė

Klaipėdos teritorinio skyriaus  
Chemikė

Živilė Vitkuvienė